

Warszawa, dn. 15.06.2015r.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę seryjnie produkowanej analitycznej aparatury naukowo-badawczej”.

Pytanie do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie długości falowej 190-900nm i prędkości skanowania do 3000nm/min?

(Dotyczy: wymagań Zamawiającego w zakresie części 3 – Spektrofotometr UV-VIS)

Odpowiedź:

Dopuszczamy taką ofertę, ale nie zmieniamy specyfikacji urządzenia w SOPZ

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Wojciech Dąbrowski

