

Warszawa, dn. 09.07.2015 r.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę seryjnie produkowanej analitycznej aparatury naukowo-badawczej”, ogłoszonego 07.07.2015 r. w BZP, pod nr 168024-2015.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na dotychczas otrzymane pytania:

Dotyczy: Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w części 4 „Połyskomierz”:

1. Proszę o uściślenie czego dokładnie ma dotyczyć wymagany certyfikat TUV? Czy może on zostać zastąpiony deklaracją zgodności z CE wystawioną przez producenta? A jeśli nie, czy może być zastąpiony świadectwem wzorcowania wystawionym przez polski Główny Urząd Miar?

Uprzejmie informujemy:

Ad.1. Wymagany certyfikat może być zastąpiony świadectwem wzorcowania wystawionym przez Główny Urząd Miar lub inną równoważną instytucję, jak PTB, EUROMET, OIML, BIPM.

Z poważaniem,

